



Hoechst33342/PI 细胞凋亡染色试剂盒

产品简介:

Hoechst33342/PI 细胞凋亡染色试剂盒(Hoechst 33342/PI Apoptosis Assay Kit)是一种采用 Hoechst 33342 和碘化丙啉(Propidium Iodide, PI)双荧光染色方法进行细胞周期不细胞坏死分析的检测试剂盒。单纯的 PI 染色能够观察 DNA 直方图上凋亡细胞的亚 G1 峰,但只能代表 G0/G1 期发生凋亡,无法观察 S 期和 G2 期发生的细胞凋亡,而且细胞经过固定后无法对活细胞和死细胞进行区分。Hoechst 33342 可以穿透细胞膜,进入正常细胞和凋亡细胞不 DNA 结合,能在紫外线下显示蓝色荧光,而且染色后凋亡细胞荧光会比正常细胞明显增强。PI 不能穿透细胞膜,对于具有完整细胞膜的正常细胞或凋亡细胞不能染色。而对于坏死细胞,其细胞膜的完整性丧失,PI 可以穿透细胞膜使坏死细胞着色产生红色荧光。

Hoechst 33342/PI 双染后,可在流式细胞仪上将正常细胞、凋亡细胞和坏死细胞区别开来。在二元直方图上,正常细胞对 Hoechst33342 具有拒染性,呈弱蓝色荧光+弱红色荧光(Hoechst 33342+/PI-);凋亡细胞对 Hoechst33342 具有嗜染性呈强蓝色荧光+弱红色荧光(Hoechst 33342++/PI-);坏死细胞对 PI 具有嗜染性,呈弱蓝色荧光+强红色荧光。本试剂盒亦可用荧光显微镜进行观察,检测细胞含量范围一般为 $0.1 \sim 1 \times 10^6$ 之间。

产品组成:

名称	SS0162 100T	保存条件
试剂(A): Cell Stain Buffer(2×)	100ml	4℃
试剂(B): Hoechst 33342 Stain	0.5ml	-20℃ 避光
试剂(C): PI Stain	0.5ml	-20℃ 避光
说明书	1 份	

自备材料:

- 1、胰蛋白酶消化液
- 2、流式细胞仪或荧光显微镜
- 3、PBS
- 4、细胞计数板

操作步骤(仅供参考):

1、细胞样品的制备:

(1)贴壁细胞:

- ① 小心收集细胞培养液到一个无菌离心管内备用。
- ② 用胰蛋白酶消化细胞,至细胞可以被轻轻用移液管或枪头吹打下来时,加入前面收集的细胞培养液,吹打下所有的贴壁细胞,并轻轻吹散细胞。
- ③ 收集上述细胞悬液到离心管内。
- ④ 4℃, 1000g 离心 3~5min,使细胞沉到管底。小心吸取上清并丢弃,可留大约 50 μ l 培养液,以免吸走细胞。
- ⑤ 加入约 1ml 提前预冷的 PBS,重悬细胞,并转移至 1.5ml 无菌离心管。
- ⑥ 4℃, 1000g 离心 3~5min,使细胞沉到管底。



⑦₁ 小心吸取上清并丢弃，可留大约 50 μ l PBS，以免吸走细胞。

⑧₁ 轻轻弹击离心管底以适当分散细胞，避免细胞成团。

(2)悬浮细胞：

①₁ 4℃，1000g 离心 3~5min，使细胞沉到管底。

②₁ 小心吸取上清并丢弃，可留大约 50 μ l 培养液，以免吸走细胞。

③₁ 加入约 1ml 提前预冷的 PBS，重悬细胞，并转移至 1.5ml 无菌离心管。

④₁ 4℃，1000g 离心 3~5min，使细胞沉到管底。

⑤₁ 小心吸取上清并丢弃，可留大约 50 μ l PBS，以免吸走细胞。

⑥₁ 轻轻弹击离心管底以适当分散细胞，避免细胞成团。

2、Cell Stain Buffer 工作液的配制：取适量 Cell Stain Buffer(2 \times)不无菌去离子水或蒸馏水等比例混合，即为 Cell Stain Buffer 工作液。

3、重悬细胞：取上述收集好的 $0.1\sim 1\times 10^6$ 个细胞，加入 0.9ml Cell Stain Buffer 工作液，重悬细胞沉淀。

4、Hoechst 33342/PI 染色：

(1)一步法：

①₁ 加入 5 μ l Hoechst 33342 Stain。

②₁ 加入 5 μ l PI Stain。

③₁ 轻轻混匀，置于冰浴或 4℃，孵育 20~30min。

(2)两步法：

①₁ 加入 5 μ l Hoechst 33342 Stain，置于 37℃水浴，孵育 5~15min

②₁ 置于冰水中冷却后，4℃ 1000g 离心 3~5min，使细胞沉到管底，弃上层染色液。

③₁ 加入 0.9ml Cell Stain Buffer 工作液，重悬细胞沉淀。

④₁ 加入 5 μ l PI Stain，置于冰浴或 4℃，孵育 5~15min。

⑤₁ 轻轻混匀，置于冰浴或 4℃，孵育 20~30min。

5、检测不分析：用流式细胞仪在激发波长 400~500nm 检测蓝色荧光，在大于 630nm 处检测红色荧光，同时检测光散射情况。采用适当分析软件进行细胞 DNA 含量分析和光散射分析。如果使用荧光显微镜检测，检测前 4℃ 1000g 离心 3~5min 沉淀细胞，用 PBS 洗涤一次，再涂片观察红色荧光和蓝色荧光。对于贴壁细胞使用荧光显微镜检测，亦可不收集细胞，弃培养液后直接依次按照上述比例加入试剂(A)、试剂(B)、试剂(C)，冰浴或 4℃染色 20~30min。染色后 PBS 洗涤一次，再在荧光显微镜下观察。

染色结果：在蓝色荧光对红色荧光的散点图上，正常细胞呈低蓝光/低红光，凋亡细胞呈高蓝光/低红光，坏死细胞呈低蓝光/高红光。

注意事项：

1、 荧光染料都存在淬灭的问题，建议染色后尽快检测。

2、 在为了获得细胞沉淀的离心的过程中，对于特殊细胞，如果细胞沉淀不充分，可以适当提高离心力或延长离心时间。

3、 Hoechst 33342 不细胞孵育的时间不宜过长，一般控制在 20min 以内。太长容易引起 Hoechst 33342 的发射光谱由蓝光向红光迁移，导致红色荧光不兰色荧光的比例改变。

4、 如果用于组织的细胞周期不细胞凋亡检测，则必须把组织消化后，制备成单细胞悬液，才可以进行检测

5、 PI 对人体有一定刺激性，请注意适当防护。

6、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



有效期：12 个月有效。4℃保存，5~6 个月有效。